



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 05 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17681

Действительно до 01 января 2025 г.

На медицинское изделие

**Кровать медицинская функциональная электрическая Barry
с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "СИМС-2" (ООО "СИМС-2"),
Россия, 125430, Москва, ул. Митинская, д. 16, этаж 10, помещ. 1012Б,
ком. с 15 по 18**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "АРИДЕС" (ООО "АРИДЕС"),
Армения,
ARIDES LLC, 111 Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia**

Место производства медицинского изделия

ARIDES LLC, 111 Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia

Номер регистрационного досье № РД-50757/44822 от 29.06.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.30.119**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 100 листах

приказом Росздравнадзора от 05 июля 2022 года № 5974
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0057871

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17681

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 1

На медицинское изделие

Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями,
варианты исполнения:

1. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями,
вариант исполнения Barry MBE-2Spr, SN: 13830042021001 - 13830042025001 в составе:

1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип р - 1 шт.
3. Изножье тип р - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт.
11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - 2 шт.
2. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0104601



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17681

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 2

3. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
5. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
6. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
7. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
8. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
9. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
10. Столик прикроватный (при необходимости) - 1 шт.
11. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.
12. Устройство для подтягивания (при необходимости) - 1 шт.
13. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
2. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Lpp, SN: 13930042021001 - 13930042021501 в составе:
 1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа L - 1 шт.
 2. Изголовье тип р - 1 шт.
 3. Изножье тип р - 1 шт.
 4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
 5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
 6. Электропривод для регулировки угла наклона спиной секции - 1 шт.
 7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
 8. Блок управления - 1 шт.
 9. Пульт управления кровати - 1 шт.
 10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы для механизма регулировки спиной и ножной секций) - 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) -

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0104602

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17681

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 44

изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.

11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - 2 шт.

2. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - 2 шт.

3. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.

4. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.

5. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.

6. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.

7. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.

8. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.

9. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.

10. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

11. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.

12. Столик прикроватный (при необходимости) - 1 шт.

13. Устройство для подтягивания (при необходимости) - 1 шт.

14. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.

15. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.

16. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.

33. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry МВЕ-3Spr, SN: 17030042021001 - 17030042022001 в составе:

1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа S - 1 шт.

2. Изголовье тип р - 1 шт.

3. Изножье тип р - 1 шт.

4. Колесная рама металлическая - 2 шт.

5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.

6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.

7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.

8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацной кровати - 1 шт.

9. Блок управления - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0104644

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17681

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 45

10. Пульт управления кровати - 1 шт.

11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплицит 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.

12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - 2 шт.
2. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - 2 шт.
3. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
5. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
6. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
7. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
8. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
9. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
10. Столик прикроватный (при необходимости) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0104645

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17681

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 46

11. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.
12. Устройство для подтягивания (при необходимости) - 1 шт.
13. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
34. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Lpp, SN: 17130042021001 - 17130042021501 в составе:
 1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа L - 1 шт.
 2. Изголовье тип р - 1 шт.
 3. Изножье тип р - 1 шт.
 4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
 5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
 6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
 7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
 8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрасного кровати - 1 шт.
 9. Блок управления - 1 шт.
 10. Пульт управления кровати - 1 шт.
 11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0104646